



**IN STAND e. V.**  
 Gesellschaft zur Förderung der Qualitätssicherung  
 in medizinischen Laboratorien e. V.  
 (vormals Hämometerprüfstelle)  
 Ueberstr. 20, D - 40223 Düsseldorf  
 Tel. +49 (0)211 15 92 13 0, Fax +49 (0)211 15 92 13 30



Akkreditiert durch  
 Zentralstelle der Länder  
 für Gesundheitsschutz  
 bei Arzneimitteln  
 und Medizinprodukten  
 ZLG-P-348.08.12



WHO Collaborating Centre for Quality Assurance  
 and Standardization in Laboratory Medicine

## Immunhämatologie am Automaten Nr. 237 / Immunohaematology (automatic) No. 237

Ergebnisse / Results

Oktober 2011/ October 2011

	Probe 61 Sample 61	Probe 62 Sample 62
Blutgruppen, ABO-System ABO grouping	A	0
Rh-Faktor D Rh factor D	negativ negative	positiv positive
A-Untergruppen A subgroup	A1	--
Rh-Formel einschl. e Rh typing	ccddee	ccD.EE
irreguläre(r) Antikörper antibody screening	nachweisbar detectable	nachweisbar detectable
Direkter Coombstest Coombs testing (dir.)	negativ negative	negativ negative
Kell-Antigen Kell antigen	nachweisbar detectable	nicht nachweisbar non detectable

	Antikörperdifferenzierung Antibody screening and identification		AK-Titer Antibody titer quotient		Antikörperdifferenzierung Antibody screening and identification		AK-Titer Antibody titer	
	Probe 61 Sample 61		Probe 61 Sample 61		Probe 62 Sample 62		Probe 62 Sample 62	
1. AK 1. Antib.	Anti-E		16		Anti-e		64	
2. AK 2. Antib.	--		--		Anti-K		16	